Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas
HEMOAM
Uma História comprometida com o cidadão

REGISTRO DE COMPRA DE ATA EXTERNA Nº 002/2020 – HEMOAM
PROCESSO Nº 017302.002436/2019 – HEMOAM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA

TIPO: MENOR PREÇO

DATA DO REGISTRO: 16.10.2019

No dia 28.01.2020, às 15:00 horas, na cidade de Manaus/Am, procedeu-se o Registro de Compra de Ata Externa nº 002/2020 para aquisição do objeto acima em adesão à Ata de Registro de Preços nº 043/2019, (CARONA) resultado do Pregão n.º 043/2019/AL, do Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes de Alagoas.

EMPRESA(S) VENCEDORA(S) COM PREÇO(S) REGISTRADO(S) EM ATA PARA O OBJETO ADQUIRIDO:

Item	Objeto	Proponente/CNPJ	Valor Adjudicado
1	ID 122845 - APARELHO DE ANESTESIA, Aplicável: para pacientes neonatais até adultos com obesidade mórbida; Fole Ascendente; Modos Ventilatórios: VCV - Ventilação controlada a volume; PCV - Ventilação controlada a pressão; Modo Manual e Espontâneo; SIMV VCV - Ventilação mandatória intermitente sincronizada - ventilação de controle de Volume; SIMV PCV - Ventilação mandatória intermitente sincronizada - ventilação de controle de Pressão; PSV Pro - Ventilação de suporte de pressão com backup de apneia; Espirometria - Alça pressão x volume e fluxo x volume; Fluxômetros: Aparelho de anestesia para três gases, com fluxômetros duplos para O2 (0.1 a 1.0 L/min e 1.0 a 10.0 L/min), Ar (0.1 a 10.0 L/min) e N2O (0.1 a 1.0 L/min e 1.0 a 10.0 L/min); Faixa De Controle - Parâmetros Mínimos: Volume corrente 20 a 1500ml; Frequência Respiratória 2 a 99rpm; Pressão Inspiratória 5 a 50cm H2O; Relação I:E 2:1 a 1:8; Pausa inspiratória 5 a 60% do tempo inspiratório; PEEP: OFF, 4 a 25cm H2O; Fluxo de pico 120L/min + gás fresco; Monitorizações: Volume Corrente 0 a 2000ml; Volume Minuto 0 a 60 L/min; Pico de Pressão 0 a 120cm H2O; Pressão Média -20 a 120cm H2O; PEEP 0 a 120 cmH2O; FiO2 0 a 100%; Sistema de iluminação dedicado para preparo da anestesia em ambiente escuro; Alteração de ventilação manual para eletrônico com apenas um toque; Mínimo fluxo de O2 de 25 ml/min, disponível em dois fluxômetros; Com Pico de fluxo maior que 120 l/min; Alarmes mínimos: Alta e baixa pressão das vias aéreas, Apneia, Hipóxia; Monitor LCD colorido de no mínimo 7.5¿; Vaporizador: calibrado, com volume de armazenamento de 300ml, suporte barra selectatec 2 posições, para aplicação de agentes anestésicos inalatórios Isofluorano, Sevofluorano, Enfluorano, Halotano; Estrutura com três gavetas, rodízios giratórios, 2 c/ travas; Todo material em contato com os gases respiratórios do paciente são látex-free; Sistema respiratório inteiramente autoclavável; Bateria de Segurança incorporada, recarregável, com tempo de autonomia de 90 minutos, em utilização extrema mínimo de 30 minutos; Tensão de Alimentação Bivolt 110-220 Vac; 50-60 Hz.	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 00.029.372/0002-21	R$ 91.900,00

VALOR TOTAL DOS ITENS ADJUDICADOS:

O valor total do(s) item(ns) adjudicado(s) importa na quantia de R$ 91.900,00 **(Noventa e um mil e novecentos Reais)**.

O processo será encaminhado a Autoridade Superior para o procedimento de homologação no sistema e-compras.Am.

Manaus, 28 de Janeiro de 2020

Iraneide da Cunha Marques
Responsável pelo registro

Danielle Machado Dias
Compradora