GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
E-COMPRAS.AM - HISTÓRICO DE LICITAÇÃO
FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Edital: CAE 002/20 - Aquis de Aparelho de Anestesia - HEMOAM

Status: Homologado Total **Data de Abertura:** 28/01/20 15:07 Data de Impressão: 27/11/2020 11.28 AM

Item	Qtd.	Descrição	Situação
1	1	(ID-122845) APARELHO DE ANESTESIA, Aplicável: para pacientes neonatais até adultos com obesidade mórbida; Fole Ascendente; Modos Ventilatórios: VCV - Ventilação controlada a volume; PCV - Ventilação controlada a pressão; Modo Manual e Espontâneo; SIMV VCV - Ventilação mandatória intermitente sincronizada - ventilação de controle de Volume; SIMV PCV - Ventilação mandatória intermitente sincronizada - ventilação de controle de Pressão; PSV Pro - Ventilação de suporte de pressão com backup de apneia; Espirometria - Alça pressão x volume e fluxo x volume; Fluxômetros: Aparelho de anestesia para três gases, com fluxômetros duplos para O2 (0.1 a 1.0 L/min e 1.0 a 10.0 L/min), Ar (0.1 a 10.0 L/min) e N2O (0.1 a 1.0 L/min e 1.0 a 10.0 L/min); Faixa De Controle - Parâmetros Mínimos: Volume corrente 20 a 1500ml; Frequência Respiratória 2 a 99rpm; Pressão Inspiratória 5 a 50cm H2O; Relação I:E 2:1 a 1:8; Pausa inspiratória 5 a 60% do tempo inspiratório; PEEP: OFF, 4 a 25cm H2O; Fluxo de pico 120L/min + gás fresco; Monitorizações: Volume Corrente 0 a 2000ml; Volume Minuto 0 a 60 L/min; Pico de Pressão 0 a 120cm H2O; Pressão Média -20 a 120cm H2O; PEEP 0 a 120 cmH2O; FiO2 0 a 100%; Sistema de iluminação dedicado para preparo da anestesia em ambiente escuro; Alteração de ventilação manual para eletrônico com apenas um toque; Mínimo fluxo de O2 de 25 ml/min, disponível em dois fluxômetros; Com Pico de fluxo maior que 120 l/min; Alarmes mínimos: Alta e baixa pressão das vias aéreas, Apneia, Hipóxia; Monitor LCD colorido de no mínimo 7.5¿; Vaporizador: calibrado, com volume de armazenamento de 300ml, suporte barra selectatec 2 posições, para aplicação de agentes anestésicos inalatórios Isofluorano, Sevofluorano, Enfluorano, Halotano; Estrutura com três gavetas, rodízios giratórios, 2 c/ travas; Todo material em contato com os gases respiratórios do paciente são látex-free; Sistema respiratório inteiramente autoclavável; Bateria de Segurança incorporada, recarregável, com tempo de autonomia de 90 minutos, em utilização extrema mínimo de 30 minutos; Tensão de Alimentação Bivolt 110-220 Vac; 50-60 Hz.	Homologado

Fornecedor	Vl. Unitário (R$)	Marca	STATUS
1 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FILIAL 02	91.900,00	GE	VENCEDOR

HISTÓRICO DO CHAT

28/01/2020 15:38:04	- Auxilixar	-	Proposta do Proponente GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FILIAL 02 incluída no sistema.
28/01/2020 15:39:20	- Auxilixar	-	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - FILIAL 02 , classificado para o item 1 no Exame de Conformidade 2
28/01/2020 15:40:34	- Auxilixar	-	CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS FINALIZADA.
28/01/2020 15:41:20	- Auxilixar	-	Declarado Vencedor para o Item 1: Proponente 1.
28/01/2020 15:41:37	- Auxilixar	-	Classificação final encerrada
31/01/2020 10:21:43	- Proponente	-	Licitação Homologada total.