GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
E-COMPRAS.AM - HISTÓRICO DE LICITAÇÃO
FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Edital: RDL 062/20 - Aquisição de Microscópio - HEMOAM

Status: Homologado Total **Data de Abertura:** 03/07/20 11:38 Data de Impressão: 26/11/2020 7.29 PM

Item	Qtd.	Descrição	Situação
1	4	(ID-123380) MICROSCÓPIO, Tipo: binocular; Com sistema ótica infinita, distância parafocal de 60mm, correção de aberrações acromáticas e esféricas e tratamento antifungo; Estativa construída em material resistente a corrosão e ao uso intenso, com formato que aumentem a estabilidade do conjunto e sua imunidade a vibrações e trepidação; Corpo do microscópio montado na estativa, tubo binocular tipo siedentopf com inclinação de 30º; Distância interpupilar de 47mm à 75mm e ajuste de dioptria para ambos os olhos; Platina dotada de pinças duplas de fixação de lâminas com charriot graduado (vernier); Iluminação em led de luz branca,duração de no mínimo 50000 hrs/lampada ; Sistema de refoco que permite ao usuário trocar a lâmina sem necessidade de retoque manual para obtenção de foco; Platina retangular 216 x 150mm com área de trabalho de 78 x 54 mm; Mecanismo de refocagem ¿push-to drop¿; Comandos de focalização macro e micrométrica bilateral e coaxial com escala dispositivo de trava anti quebra lâminas; Condensador tipo abbe para campo claro com abertura numérica N.A. 1.25; Par de oculares cfi e 10x (campo de visão 20mm); Porta-objetiva (revólver) para 04 objetivas com inclinação inversa (para trás); Objetiva cfi e planacromática 4x com abertura numérica N.A. 0.10 e distância de trabalho de 30mm; Objetiva cfi e planacromática 10x com abertura numérica N.A. 0.25 e distância de trabalho de 7mm; Objetiva cfi e planacromática 40x retrátil com abertura numérica N.A. 0.65 e distância de trabalho de 0.65mm; Objetiva cfi e planacromática 100x retrátil (imersão à óleo) com abertura numérica N.A. 1.25 e distância de trabalho de 0.23mm; Acompanha capa protetora, frasco de óleo de imersão de 8ml e manual de instrução; Alimentação: bivolt 110 e 220 V.	Homologado

Fornecedor	Vl. Unitário (R$)	Marca	STATUS
1 - M.P. DE OLIVEIRA- COMÉRCIO	5.330,00	FELDMANN	VENCEDOR

HISTÓRICO DO CHAT

03/07/2020 12:48:22	- Auxilixar	-	Proposta do Proponente M.P. DE OLIVEIRA- COMÉRCIO incluída no sistema.
03/07/2020 12:50:31	- Auxilixar	-	Proposta do Proponente NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA incluída no sistema.
03/07/2020 12:57:50	- Auxilixar	-	Proposta do Proponente TECLAB DA AMAZÔNIA COM.DE EQUIPAMENTOS E MAT.DE LABORATÓRIOS LTDA incluída no sistema.
03/07/2020 13:03:51	- Auxilixar	-	M.P. DE OLIVEIRA- COMÉRCIO, classificado para o item 1 no Exame de Conformidade 2
03/07/2020 13:04:08	- Auxilixar	-	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA , desclassificado para o item 1 no Exame de Conformidade 2. Obs do Pregoeiro: EM VIRTUDE DE HAVER PROPOSTA DE MENOR VALOR.
03/07/2020 13:04:15	- Auxilixar	-	TECLAB DA AMAZÔNIA COM.DE EQUIPAMENTOS E MAT.DE LABORATÓRIOS LTDA , desclassificado para o item 1 no Exame de Conformidade 2. Obs do Pregoeiro: EM VIRTUDE DE HAVER PROPOSTA DE MENOR VALOR.
03/07/2020 13:04:32	- Auxilixar	-	CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS FINALIZADA.
03/07/2020 13:05:21	- Auxilixar	-	Declarado Vencedor para o Item 1: Proponente 1.
03/07/2020 13:05:26	- Auxilixar	-	Classificação final encerrada
09/07/2020 09:09:04	- Proponente	-	Licitação Homologada total.